



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002911.09.23 Дата 11. 09. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №23/02.12.002877-2 от 28.08.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 05.09.2023 по 08.09.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Е. Л. Скворцовой, образование высшее по специальности гигиена, санитария, эпидемиология, аккредитация специалиста по специальности "Общая гигиена".

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Романенко Максим Юрьевич
(ИНН:244301586958, ОГРНИП:308246831200222)

Адрес: 660037, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", дом 47, квартира 81 (Россия)

Объект экспертизы: Перчатки латексные, артикулы: High Profi, High Risk, High Five, High Light, HI-HIM, High Power

Сведения об изготовителе: "ZHANGJIAGANG HANDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD."
Адрес: Jiangsu, Zhangjiagang City, Yangshe Town, Xinmin Village Committee, 5/f., China (Китай)

Продукция изготовлена в соответствии: Сведения о составе, Технологическое описание, Технические условия

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, Сведения о составе, Технологическое описание, Технические условия, Этикетка, Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Латекс.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протоколы Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21AI63 от 15.06.2016г.) №100Л/3-21.08/23, 101Л/3-21.08/23 от 21.08.2023 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
запах образцы, балл	0	Не более 1
запах водной вытяжки, балл	0	Не более 1
привкус водной вытяжки	Отсутствует	Не допускается

021284

Вещества, показатели (факторы)**Фактическое значение****Гигиенический норматив**

муть	Отсутствует	Не допускается
осадок	Отсутствует	Не допускается
Ацетон, мг/л	соответствует	Не более 0,1
Ацетальдегид, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,2/ Не более 0,01
Бутадиен, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,05/ Не более 1,0
Бутилакрилат, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,01/ Не более 0,0075
Стирол, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,01/ Не более 0,002
Акрилонитрил, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,02/ Не более 0,03
Метилметакрилат, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,25/ Не более 0,01
Дибутилфталат, мг/л / мг/м3	Не обнаружено	Не допускается
Диоктилфталат, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 2,0/ Не более 0,02
Спирт метиловый, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,2/ Не более 0,05
Спирт бутиловый, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,5/ Не более 0,1
Спирт изобутиловый, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,5 / Не более 0,1
Спирт изопропиловый, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,1 / Не более 0,6
Спирт пропиловый, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,1 / Не более 0,3
Ксилолы (смесь изомеров), мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,05/ Не более 0,2
Метилакрилат, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,25/ Не более 0,01
Гексан, мг/л	соответствует	Не более 0,1
Гептан, мг/л	соответствует	Не более 0,1
Фенол, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,05 / Не более 0,003
Цинк, мг/л	соответствует	Не более 1,0
Олово, мг/л	соответствует	Не более 2,0
Толуол, мг/м3	соответствует	Не более 0,6
Бензол, мг/л / мг/м3	соответствует	Не более 0,01 / Не более 0,1
Модельные среды: воздушная среда; дистиллированная вода; 5% р-р поваренной соли; 0,3% р-р молочной кислоты; 3% р-р молочной кислоты; 2% р-р уксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли; нерафинированное подсолнечное масло; 2% р-р лимонной кислоты; 96% р-р этилового спирта		

Область применения: Для контакта с пищевыми продуктами и средами: для применения в пищевой промышленности и в быту

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Для одноразового применения. Хранить в прохладном сухом месте, вдали от источников тепла и прямого солнечного света.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код

Заключение: Продукция: Перчатки латексные, артикулы: High Profi, High Risk, High Five, High Light, HI-NIM, High Power соответствует "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 16)
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по общей гигиене

Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологической
экспертизы непродовольственной
продукции.

Руководитель (заместитель)
органа инспекции






Е.Л. Скворцова

Е.Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

